

ルミテスター Smart/PD-30/PD-20/PD-10 (N) の仕様比較表

		Smart	PD-30	PD-20	PD-10 (N)	
本体	発売年月	2019年1月 発売予定	2014年	2009年	2001年	
	測定時間	10 秒				
	測定範囲	0~999,999 RLU				
	電源	単3アルカリ乾電池2本 または単3ニッケル水素充電電池2本			単3アルカリ 乾電池2本	
	データ保存数	2000				
	専用 試薬	ルシパック A3		○		×
		ルシパック Pen		○		×
		ルシパック ワイド		×		○
	温度補償		○		×	
	自己診断		○		×	
	コントロールキット		○		×	
	ソフトケース	×		○	×	
	PCとのUSB接続		○		×	
	本体への検査ポイント登録 (MODE・PLAN機能)	×	○		×	
	言語表示	×	○		×	
	顔イラスト表示	×	○		×	
	内蔵スタンド	○		×		
	スマートフォン・タブレットとの無線通信	○		×		
表示		有機EL ディスプレイ		カスタム液晶		
ソフト ウェア ・ アプリ	ソフトウェア・アプリ上でのデータの蓄積	○		×		
	検査ポイント設定アシスト	○		×		
	データの自動解析・グラフ化	○		×		
	クラウドによるデータ共有	○		×		
	ソフトウェア・アプリ内ヘルプ	○		×		
	Windows 7, 10対応		○		×	
	Windows 8対応			×		
	Android 5 以上, iOS 10以上 対応	○		×		